



Standardna otopina pufera navedena u sklopu ovlaštenih referentnih materijala CRM od pH 1,679, IUPAC, 500 mL

Proizvod #:

S11M001

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Ovlašteni referentni materijal CRM u skladu s EN ISO 17034

Standardna otopina pH pufera IUPAC navedena u sklopu ovlaštenih referentnih materijala CRM u skladu s DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) s točnom vrijednosti pufera koju navodi certifikat analize*. Sljedivo do pH ljestvice IUPAC i NIST. Jamčen vijek trajanja zahvaljujući hermetički zatvorenom aluminijskom pakiranju. Bezbojna otopina pufera pH 1,679 $\pm 0,010$ pri 25 °C. Boca od 500 mL.

*Dostupno za preuzimanje sa stranice www.hach.com/CoA.

Ovlašteni proizvođač referentnih materijala

Tvrtku Hach ovlašćuje njemačko tijelo za akreditaciju DAkkS u svojstvu registriranog proizvođača referentnog materijala u skladu s DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Laboratorij za kalibraciju tvrtke Hach koji se nalazi u Berlinu registriran je u skladu s DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00).

U cijelosti sljedivi standardi

Upotreba standarda koje su proizveli ovlašteni proizvođači referentnih materijala daje vam potpuno povjerenje u lanac sljedivosti i izračunata odstupanja. Svi standardi formulirani su u skladu sa specifikacijama NIST i IUPAC.

Jamčen vijek trajanja od 2 godine

Svaki se standard dostavlja u hermetičnom aluminijskom pakiranju čime se jamči sigurno skladištenje.

Prije prvog otvaranja ovlaštena vrijednost je zajamčena u trajanju od 2 od datuma izdavanja certifikata.

Preuzimanje certifikata

Svaki standard ima svoj certifikat o analizi koji možete preuzeti na internetskoj stranici tvrtke Hach.

Dokazana sljedivost

Svaki standard ima svoj certifikat o sukladnosti i sljedivosti koji možete preuzeti na internetskoj stranici tvrtke Hach. Upotreba pH pufer standarda koje su proizveli ovlašteni laboratoriji daje vam potpuno povjerenje u lanac sljedivosti i izračunata odstupanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:

10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)

Kodirani po boji?:

Ne

Napomena:

¹Osim pH 7,000 izrađeno od naše strane prema standardima NIST, IUPAC i specifikacijama DIN19266 za pH6,865 i pH7,413

²Dansko fundamentalno mjeriteljstvo (Dansk Fundamental Metrologi A/S) ovlašteno je za pH mjerenja od strane Danskog fonda za akreditaciju i mjeriteljstvo (Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK)) (broj 255)

NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Boca
Parametar:	pH
pH vrijednost-i:	1,679 ±0,010 pH pri 25 °C
Volument/ veličina paketa:	500 mL