

Standardna otopina pufera navedena u sklopu ovlaštenih referentnih materijala CRM od pH 10,012, IUPAC, 500 mL

Proizvod #: **S11M007**

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Dostupno

Ovlašteni referentni materijal CRM u skladu s EN ISO 17034

Standardna otopina pH pufera IUPAC navedena u sklopu ovlaštenih referentnih materijala CRM u skladu s DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00) s točnom vrijednosti pufera koju navodi certifikat analize*. Sljedivo do pH ljestvice IUPAC i NIST. Jamčen vijek trajanja zahvaljujući hermetički zatvorenom aluminijskom pakiranju. Bezbojna otopina pufera pH 10,012 ±0,010 (k=2) pri 25 °C, boca od 500 mL.

*Dostupno za preuzimanje sa stranice www.hach.com/CoA.

Ovlašteni proizvođač referentnih materijala
Tvrtku Hach ovlašćuje njemačko tijelo za akreditaciju DAkkS u svojstvu registriranog proizvođača referentnog materijala u skladu s DIN EN ISO 17034:2017 (D-RM-15184-01-00). Laboratorij za kalibraciju tvrtke Hach koji se nalazi u Berlinu registriran je u skladu s DIN EN ISO/IEC 17025:2018 (D-K-15184-01-00).

U cijelosti sljedivi standardi
Upotreba standarda koje su proizveli ovlašteni proizvođači referentnih materijala daje vam potpuno povjerenje u lanac sljedivosti i izračunata odstupanja. Svi standardi formulirani su u skladu sa specifikacijama NIST i IUPAC.

Jamčen vijek trajanja od 2 godine
Svaki se standard dostavlja u hermetičnom aluminijskom pakiranju čime se jamči sigurno skladištenje.

Prije prvog otvaranja ovlaštena vrijednost je zajamčena u trajanju od 2 od datuma izdavanja certifikata.

Preuzimanje certifikata
Svaki standard ima svoj certifikat o analizi koji možete preuzeti na internetskoj stranici tvrtke Hach.

Dokazana sljedivost
Svaki standard ima svoj certifikat o sukladnosti i sljedivosti koji možete preuzeti na internetskoj stranici tvrtke Hach. Upotreba pH pufer standarda koje su proizveli ovlašteni laboratoriji daje vam potpuno povjerenje u lanac sljedivosti i izračunata odstupanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Kodirani po boji?:	Ne
Napomena:	[1]Osim pH 7,000 izrađeno od naše strane prema standardima NIST, IUPAC i specifikacijama DIN19266 za pH6,865 i pH7,413 [2]Dansko fundamentalno mjeriteljstvo (Dansk Fundamental Metrologi A/S) ovlašteno je za pH mjerenja od strane Danskog fonda za akreditaciju i mjeriteljstvo (Danish Accreditation and Metrology Fund (DANAK)) (broj 255)

NIST sljedivo:	Da
Opis:	pH pufer reagens za kalibraciju
Package settings:	Boca
Parametar:	pH
pH vrijednost-i:	10,012 ±0,010 pH pri 25 °C
Volument/ veličina paketa:	500 mL