



Oprema za ovjeravanje filtra za spektrofotometar

Proizvod #:

LZV537

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Za ovjeravanje DR spektrofotometara. Sastoji se od filtera za provjeru preciznosti apsorbancije, zalutale svjetlosti i preciznosti valne duljine. Dizajnirano za upotrebu sa stanardnim držačem kivete od 10 mm.