

LeadTrak(TM) komplet reagensa, metoda brze stupićaste ekstrakcije, 20 testova

Proizvod #: **2375000**

EUR Cijena:
Nije prikazan datum isporuke

Kontaktirajte nas

Opasno po zdravlje



Uzorak kiselog topljivog olova u pitkoj vodi koncentriran je prvo na brzom stupićastom ekstraktoru. Olovo je zatim izdvojeno iz ekstraktora i kolorimetrijski određeno pomoću indikatora.

Komplet reagensa za određivanje olova LeadTrak™ brzom stupićastom ekstrakcijom. Hach metoda 8317. Raspon: 5 do 150 µg/L kao Pb. Veličina uzorka: 100 mL. 20 testova u kompletu reagensa.

Specifikacije

Broj metode:	8317
Broj testova:	20
Mjerni rang:	5 - 150 µg/L Pb
Naziv metode:	LeadTrak
Parametar:	Olovo
Shipping Method:	Lead Reagent set
Uređaj:	Sve osim DR/800