

DPD reagens za slobodni klor, Swiftest (TM) dispenzer

Proizvod #: **2802400**

EUR Cijena: Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje





Za određivanje ukupnog klora, 0,02-2,00 mg/L Cl_2 i 0,02-4,50 mg/L Cl_2.

Specifikacije

Broj metode:	8167
Broj testova:	Approximately 250
Mjerni rang:	0,02 - 2,00 mg/L Cl_2
Mjerni rang (2):	0,02 - 4,50 mg/L Cl_2
Naziv metode:	DPD
Parametar:	Klor, ukupni
Platforma:	Swiftest
Uređaj:	Sve osim DR/3000, DR/2000

Potrebni dodaci

- DPD reagens za ukupni klor, Swiftest dispenzerska bočica na dopunjavanje, 250 testova (Item 2105660)