



Komplet reagensa za ukupni klor za analizator klora CL17/CL17sc

Proizvod #:

2557000

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno

Opasno po zdravlje



Formulirano za zadovoljavanje najstrožih standarda kvalitete

Komplet reagensa za ukupni klor upotrebljava se s analizatorima CL17/CL17sc tvrtke Hach, kao i analitičkim metodama za skupne uzorke. Hach reagensi jamče točne, dosljedne rezultate.

Komplet reagensa za ukupni klor sadrži:

- Jedna bočica od 24 g DPD komponente
- Jedna bočica od 473 mL otopine indikatora za ukupni klor
- Jedna bočica od 473 mL puferske otopine za ukupni klor

Želite li pojednostaviti naručivanje reagensa? Obratite se predstavniku tvrtke Hach za više informacija o našem jednostavnom programu automatske isporuke Hach CL17 reagensa i kompleta reagensa već danas.

*Ovaj proizvod nije potvrđen za ispitivanje klora i kloramina u medicinske svrhe u Sjedinjenim Američkim Državama.

Specifikacije

Broj metode:	8370
Broj testova:	450
Čuvanje uređaja:	Čuvati spremnike dobro zatvorene na suhom, hladnom i dobro prozračenom mjestu. Zaštititi od vlage.
Mjerni rang:	0,03 – 5,00 mg/L Cl_2 za CL17, 0,03 – 10,00 mg/L Cl_2 za CL17sc
Naziv metode:	DPD
Parametar:	Klor, ukupni
Što je u pretincu:	DPD komponenta, 24 g
	Otopina indikatora za ukupni klor, 473 mL
	Puferska otopina za ukupni klor, 473 mL
Uređaj:	CL17/CL17sc

Što je u pretincu

DPD komponenta, 24 gOtopina indikatora za ukupni klor, 473 mL
Puferska otopina za ukupni klor, 473 mL