



Otopina za razgradnju za klorid u betonu

Proizvod #:

LCW908

Opasno po zdravlje

EUR Cijena:

Kontaktirajte nas

Dostupno



Otopina za hladnu razgradnju za određivanje klorida u betonu pomoću kivetnog testa za klorid

Specifikacije

Broj testova:	20
Čuvanje uređaja:	15 - 25 °C
Mjerni rang:	0,001 - 0,087 M% Cl
Mjerni rang (2):	0,087 - 1,250 M% Cl
Naziv metode:	hladna razgradnja pomoću dušične kiseline
Opis:	Otopina za hladnu razgradnju za određivanje klorida u betonu pomoću kivetnog testa LCK311
Parametar:	Otopina za razgradnju