



Standardna otopina fluorida, 1 mg/L, 500 mL

Proizvod #: 29149
EUR Cijena: Kontaktirajte nas
Dostupno

Standardne otopine za ionsku selektivnu elektrodu (ISE) za laboratorijske analize

ISE standardna otopina. Fluorid, 1,00 mg/L $\pm 0,02$ mg/L F⁻ (NIST). Boca od 500 mL

Sljedivo do standardnog referentnog materijala NIST-a

Vrlo je važno da se uvijek možete pouzdati u rezultate mjerenja koja provodite. Ključna je kvaliteta standardnih otopina koje se upotrebljavaju.

Osmišljeno za upotrebu s asortimanom mjerača Hach i ostalih mjerača.

Temelj za točna mjerenja s ionskim selektivnim elektrodama (ISE) jest dobro održavanje i kalibracija ionske selektivne elektrode.

Pouzdana pakiranje

Dostavlja se u hermetičnom pakiranju čime se osigurava jamčeni rok trajanja.

Specifikacije

Čuvanje uređaja:	10 – 25 °C (zaštitite od svjetlosti)
Koncentracija:	1,00 mg/L $\pm 0,02$ mg/L F ⁻
Opis:	Standardna otopina fluorida
Package settings:	Boca
Parametar:	Floridi
Platforma:	Otopina
Posebne napomene:	Rok trajanja nakon otvaranja, uz pridržavanje preporuke skladištenja i upotrebe: 3 mjeseca
Volument/ veličina paketa:	500 mL